

Digital-Multimeter

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Gummischutzrahmen, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen sowie Batterien.

BENNING

5587 0005 MM 2.


5587 0010 MM 2-1. Mit Buchsenkontrolle (Sicherungsschutz). Lieferung inkl. Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze.

5587 0015 MM 2-2. Mit Buchsenkontrolle (Sicherungsschutz). Lieferung inkl. Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze.

5587 0020 MM 2-3. Mit Buchsenkontrolle (Sicherungsschutz). Lieferung inkl. Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze.




5587 0005



600 V




5587 0010



600 V




5587 0015



600 V



5587 0020



600 V

Modell	MM 2	MM 2-1	MM 2-2	MM 2-3		
Gleichspannung	0,1 mV–600 V	0,01 mV–600 V	0,01 mV–600 V	0,01 mV–600 V		
Wechselspannung	0,1 mV–600 V	0,01 mV–600 V	0,01 mV–600 V	0,01 mV–600 V		
Gleichstrom	0,1 µA–20 A	–	1 mA–10 A	1 mA–10 A		
Wechselstrom	0,1 µA–20 A	–	1 mA–10 A	1 mA–10 A		
Widerstand	0,1 Ohm–20 MOhm	0,1 Ohm–60 MOhm	0,1 Ohm–60 MOhm	0,1 Ohm–60 MOhm		
Durchgang/Diode	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja		
Frequenz	–	10 Hz–50 kHz	10 Hz–50 kHz	10 Hz–1 kHz		
Kapazität	–	–	0,01 nF–10,00 mF	0,01 nF–10,00 mF		
Temperatur	–	–	–	–40 °C bis +400 °C		
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V		
Messverfahren	RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS		
Schutzart	IP30	IP40	IP40	IP40		
Batteriebestückung	1 x Blockbatterie 6LR61	2 x Micro-Batterien AAA/LR03	2 x Micro-Batterien AAA/LR03	2 x Micro-Batterien AAA/LR03		
Anzeige	LCD	LCD	LCD	LCD		
5587	BENNING €	142,50	116,00	138,00	159,00	(W514)
Bestell-Nr.	...0005	...0010	...0015	...0020		

Die Messkategorien CAT I bis CAT IV

CAT I: Gültig für Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind (z. B. besonders geschützte Geräte)

CAT II: Gültig für die Messungen an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z. B. Haushaltsgeräte)

CAT III: Gültig für Messungen in der Gebäudeinstallation (z. B. Verteiler, Verkabelung, Steckdosen, Schalter)

CAT IV: Gültig für Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (z. B. Zähler, Hauptanschluss, primäre Überstromschutzgeräte)

Legende:

1) Verteiler

2) Zähler

3) Außengebäude Umspannwerk

4) Erdkabel

